



JCSS

JCSS 0283

総数 6 頁の1頁
校正証明書番号 CALK18-023

校正証明書

依頼者名	一般財団法人 建材試験センター 工事材料試験所 浦和試験室
依頼者住所	埼玉県さいたま市桜区中島2丁目12番8号
計量器の設置場所	同上
計量器の名称	一軸試験機
型式	油圧式堅型圧縮試験機 6段切替、型名 ACA-50S-F1
能力	圧縮:500 kN
製造番号	10113
製造日	2013年8月
製造者	株式会社 前川試験機製作所
力指示計	デジタル式
校正レンジ	10 kN、25 kN、50 kN、100 kN、250 kN、500 kN
校正方法	JIS B 7721 (引張試験機・圧縮試験機一力計測系の校正方法及び検証方法)による
実施条件	別紙1のとおり
トランスファ標準器	別紙2及び別紙3のとおり
校正結果	別紙4及び別紙5のとおり
受付年月日	2018年6月1日
校正年月日	2018年6月6日


校正結果は、以上のとおりであることを証明します。

2018年6月12日



埼玉県さいたま市桜区中島2丁目12番8号
一般財団法人 建材試験センター
工事材料試験所

所長 真野 孝次



この証明書は、計量法144条(第一項)に基づくものであり、特定標準器(国家標準)にトレーサブルな標準器により校正した結果を示すものです。認定シンボルは、校正した結果の国家標準へのトレーサビリティの証拠です。

当試験所の書面による承諾がない限り、この証明書の一部分のみを複製して用いることは禁じられています。

当試験所は、JIS Q 17025 (ISO/IEC 17025) に適合しており、ILAC (国際試験所認定協力機構) 及び APLAC (アジア太平洋試験所認定協力機構) の MRA (相互承認) に加盟している IAJapan に校正機関として認定されています。この校正結果は ILAC/APLAC の MRA を通じて、国際的に受け入れ可能です。

別紙1

校正の実施条件

- 1) 一軸試験機の校正は、別紙2及び別紙3に記載した圧縮用力計をトランスファ標準器として用い、一軸試験機に内蔵された力測定装置に圧縮力を作用させて実施した。
- 2) 負荷棒等の力の伝達系に引張力を作用させる校正は実施していない。
- 3) 予備負荷の回数は、3回である。
- 4) 測定は、力計の方向を 0° 、 120° 、 240° に変えて実施した。
- 5) 校正を行う最小レンジでは、ピストン位置を有効ストロークの10 %、20 %、30 %に変更して実施した。
- 6) 予備負荷及び各負荷サイクル間の待機時間は、1分以上である。
- 7) 力計の指示値の測定は、負荷が試験力に達すると同時に行った。
- 8) 附属品は無かった。
- 9) 一軸試験機及び校正に必要な機器等は、校正を始める1時間以上前からすべての校正が終了するまで連続した通電が行われた。
- 10) 校正実施場所の温度は、 23.7°C ～ 26.4°C であり、各レンジを校正中の温度変動は $\pm 2^{\circ}\text{C}$ 以内であった。また、湿度は64 %～76 %、気圧は1010 hPa～1012 hPaであった。
- 11) 一般検査において異常は認められなかった。
- 12) 10 kNレンジの校正は、レンジ容量の10 %まで実施した。
- 13) 校正担当者
校正監督者: 在原 将之
校正責任者: 大角 昇

(備考)

- 1) 一軸試験機の校正における拡張不確かさの決定には、JCSS 技術ガイド(JCG204S21 不確かさの見積もりに関するガイド 力/一軸試験機)を適用している。
- 2) 拡張不確かさは信頼の水準約 95 %に相当し、包含係数 $k=2$ を用いている。

別紙2

トランスファ標準器

環状ばね型力計	管理番号:C101F	製造番号:6792	
型式及び定格容量	型名:LD-05D	圧縮 5 kN	
指示装置	デジタル指示計 No.02934		
校正証明書番号	51-66099-2		
校正温度、湿度及び気圧	24.2 °C±1 °C	47 %	1022 hPa
校正器物の温度	24.4 °C±1 °C		
最大拡張不確かさ(k=2)	(力の範囲) 0.5 kN~5 kN	0.15 %	(等級) 1 級
及び等級	(力の範囲) 2.0 kN~5 kN	0.080 %	(等級) 0.5 級
内挿校正式の有無	有	校正年月日	2017 年 1 月 24 日

環状ばね型力計	管理番号:C101B	製造番号:1919	
型式及び定格容量	型名:LD-2D	圧縮 20 kN	
指示装置	デジタル指示計 No.01741		
校正証明書番号	51-66099-3		
校正温度、湿度及び気圧	23.4 °C±1 °C	44 %	1023 hPa
校正器物の温度	23.3 °C±1 °C		
最大拡張不確かさ(k=2)	(力の範囲) 2 kN~20 kN	0.15 %	(等級) 1 級
及び等級	(力の範囲) 4 kN~20 kN	0.12 %	(等級) 0.5 級
内挿校正式の有無	有	校正年月日	2017 年 1 月 24 日

環状ばね型力計	管理番号:C101C	製造番号:3282	
型式及び定格容量	型名:LD-5D	圧縮 50 kN	
指示装置	デジタル指示計 No.02907		
校正証明書番号	51-67565		
校正温度、湿度及び気圧	22.6 °C±1 °C	45 %	1010 hPa
校正器物の温度	22.6 °C±1 °C		
最大拡張不確かさ(k=2)	(力の範囲) 5 kN~50 kN	0.11 %	(等級) 1 級
及び等級	(力の範囲) 20 kN~50 kN	0.066 %	(等級) 0.5 級
内挿校正式の有無	有	校正年月日	2017 年 3 月 27 日

別紙3

トランスファ標準器

環状ばね型力計	管理番号:C101D	製造番号:6610	
型式及び定格容量	型名:LD-20D	圧縮 200 kN	
指示装置	デジタル指示計 No.02730		
校正証明書番号	51-66099-5		
校正温度、湿度及び気圧	22.8 °C±1 °C	46 %	1021 hPa
校正器物の温度	22.9 °C±1 °C		
最大拡張不確かさ(k=2) 及び等級	(力の範囲) 20 kN~200 kN	0.11 %	(等級) 1 級
	(力の範囲) 40 kN~200 kN	0.077 %	(等級) 0.5 級
内挿校正式の有無	有	校正年月日	2017 年 1 月 24 日

環状ばね型力計	管理番号:C101E	製造番号:3345	
型式及び定格容量	型名:LD-50D	圧縮 500 kN	
指示装置	デジタル指示計 No.01739		
校正証明書番号	51-66099-6		
校正温度、湿度及び気圧	21.9 °C±1 °C	44 %	1007 hPa
校正器物の温度	21.2 °C±1 °C		
最大拡張不確かさ(k=2) 及び等級	(力の範囲) 50 kN~500 kN	0.17 %	(等級) 1 級
内挿校正式の有無	有	校正年月日	2017 年 1 月 30 日

別紙4

校正結果

試験力の方向:圧縮力

1. レンジ容量:10 kN 等級(参考):1 級

力 (kN)	相対指 示誤差 (%)	拡張不 確かさ (%)	相対誤差(参考) (%)				附属品 の検証 (%)	トランスファ 標準器
			繰返性	零誤差	分解能	往復誤差		
			q	U	b	f_0		
1	-0.64	0.33	0.04	-0.04	0.40	-	-	C101F
2	-0.29	0.43	0.56	-0.04	0.20	-	-	C101B
4	-0.01	0.33	0.24	-0.04	0.10	-	-	C101B
6	0.07	0.33	0.19	-0.04	0.07	-	-	C101B
8	0.03	0.33	0.08	-0.04	0.05	-	-	C101B
10	-0.01	0.33	0.08	-0.04	0.04	-	-	C101B

2. レンジ容量:25 kN 等級(参考):1 級

力 (kN)	相対指 示誤差 (%)	拡張不 確かさ (%)	相対誤差(参考) (%)				附属品 の検証 (%)	トランスファ 標準器
			繰返性	零誤差	分解能	往復誤差		
			q	U	b	f_0		
5	-0.08	0.33	0.16	-0.04	0.20	-	-	C101C
10	0.25	0.33	0.12	-0.04	0.10	-	-	C101C
15	0.27	0.33	0.13	-0.04	0.07	-	-	C101C
20	0.28	0.33	0.14	-0.04	0.05	-	-	C101C
25	0.27	0.33	0.11	-0.04	0.04	-	-	C101C

3. レンジ容量:50 kN 等級(参考):1 級

力 (kN)	相対指 示誤差 (%)	拡張不 確かさ (%)	相対誤差(参考) (%)				附属品 の検証 (%)	トランスファ 標準器
			繰返性	零誤差	分解能	往復誤差		
			q	U	b	f_0		
10	0.10	0.33	0.20	0.00	0.20	-	-	C101C
20	0.19	0.33	0.06	0.00	0.10	-	-	C101C
30	0.17	0.33	0.01	0.00	0.07	-	-	C101C
40	0.16	0.33	0.04	0.00	0.05	-	-	C101C
50	0.18	0.33	0.03	0.00	0.04	-	-	C101C

別紙 5

校正結果

試験力の方向:圧縮力

4. レンジ容量:100 kN 等級(参考):1 級

力 (kN)	相対指 示誤差 (%)	拡張不 確かさ (%)	相対誤差(参考) (%)				附属品 の検証 (%)	トランスファ 標準器
			繰返性	零誤差	分解能	往復誤差		
			q	U	b	f_0		
20	0.05	0.33	0.09	0.00	0.20	-	-	C101D
40	0.06	0.33	0.04	0.00	0.10	-	-	C101D
60	0.10	0.33	0.06	0.00	0.07	-	-	C101D
80	0.07	0.33	0.04	0.00	0.05	-	-	C101D
100	0.04	0.33	0.05	0.00	0.04	-	-	C101D

5. レンジ容量:250 kN 等級(参考):1 級

力 (kN)	相対指 示誤差 (%)	拡張不 確かさ (%)	相対誤差(参考) (%)				附属品 の検証 (%)	トランスファ 標準器
			繰返性	零誤差	分解能	往復誤差		
			q	U	b	f_0		
50	-0.09	0.23	0.10	0.00	0.20	-	-	C101E
100	-0.04	0.22	0.10	0.00	0.10	-	-	C101E
150	-0.13	0.22	0.03	0.00	0.07	-	-	C101E
200	-0.17	0.22	0.02	0.00	0.05	-	-	C101E
250	-0.17	0.22	0.06	0.00	0.04	-	-	C101E

6. レンジ容量:500 kN 等級(参考):1 級

力 (kN)	相対指 示誤差 (%)	拡張不 確かさ (%)	相対誤差(参考) (%)				附属品 の検証 (%)	トランスファ 標準器
			繰返性	零誤差	分解能	往復誤差		
			q	U	b	f_0		
100	-0.22	0.23	0.15	0.00	0.20	-	-	C101E
200	-0.16	0.22	0.02	0.00	0.10	-	-	C101E
300	-0.11	0.22	0.02	0.00	0.07	-	-	C101E
400	-0.09	0.22	0.11	0.00	0.05	-	-	C101E
500	-0.12	0.22	0.13	0.00	0.04	-	-	C101E

以上